



INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH

im. Prof. Dra Jana Selna
w Krakowie

Kraków, dnia 18 lutego 2011 roku

Nr Dz. IE. 12/2011

Świadectwo dopuszczenia typu

Na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1104, z późn. zm.) Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Selna w Krakowie stwierdza, że urządzenie

DrugWipe® 6S,

firmy Securetec Detektions-Systeme AG


może być wykorzystane do wstępnego wykazania obecności w ślinie osób kierujących pojazdami lub innych osób, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że mogły kierować pojazdami, związków z grupy amfetamin (w tym 3,4-metylenodksyamfetaminy – MDMA), kannabinoli, opiatów, kokainy oraz benzodiazepin.

Wykonanie badań urządzeniem *DrugWipe® 6S* winno odbywać się w miejscu kontroli. Uzyskany dodatni wynik badania wymaga potwierdzenia poprzez laboratoryjną analizę pobranej próby krwi lub moczu.

Świadectwo dopuszczenia typu dla urządzenia *DrugWipe® 6S* jest ważne do dnia 18 lutego 2016 roku.

Kierownik

zespołu oceniającego


Dr Wojciech Lechowicz

Dyrektor Instytutu


dr hab. Maria Kała